

企业最高计量标准自我声明

本企业自主建立和管理的各项内部使用的最高计量标准参照《加强营商环境创新试点城市企业内部量值传递溯源能力建设促进企业高质量发展工作指南（试行）》要求进行考评确认，计量标准器及配套设备、环境条件及设施、人员和相应的管理制度均满足企业内部量值传递和溯源要求，填写内容及相关资料真实有效，现予以声明，接受社会监督。

企业名称		杭州松下家用电器有限公司			
统一社会信用代码		913301006091307610			
登记注册地址		浙江省杭州市钱塘区白杨街道松乔街6号			
生产地址		浙江省杭州市钱塘区白杨街道松乔街6号			
一、在用的企业最高计量标准					
序号	计量标准名称	测量范围	不确定度或 准确度等级或 最大允许误差	开展的检定或校准 项目名称	建立 时间
1	扭矩扳子检定装置	(0.2-100) Nm	$U_{rel} = 1.2\%, k = 2$	扭矩扳子JJG707-2014	2026.8
2	配热电偶用温度仪表检定装置	电势：（0-211.0）mV	电势：0.05级	数字温度指示调节仪 JJG617-1996	2026.8
3	配热电阻用温度仪表检定装置	电阻：（0.01～10000）Ω	电阻：0.02级	数字温度指示调节仪 JJG617-1996	2026.8
4	压力表检定装置	（0.25～60）MPa	0.05级	JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》	2026.8
5	卡尺量具检定装置	（0-600）mm	量块：5等	JJG30-2012《通用卡尺检定规程》JJG31-2011《高度卡尺检定规程》	2026.8
6	测微量具检定装置	（0-175）mm	量块：4等	JJG21-2008《千分尺检定规程》 JJG82-2010《公法线千分尺检定规程》	2026.8
7	指示量具检定装置	（0-10）mm	±2um	JJG34-2008《指示表检定规程》 JJG35-2006《杠杆表检定规程》	2026.8

二、封存的企业最高计量标准

序号	计量标准名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	开展的检定或校准项目名称	封存时间
---	---	---	---	---	---

三、取消的企业最高计量标准

序号	计量标准名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	开展的检定或校准项目名称	取消时间
---	---	---	---	---	---

负责人：



声明企业(盖章)

声明日期：

2026-9-7

